

Fornitura ferri chirurgici per la sala settoria per l'UOC di Medicina Legale dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.

I ferri devono essere dotati delle seguenti caratteristiche:

Fabbricati con acciai speciali tedeschi (es. titanio, vanadio, cadmio, tungsteno), garantiti almeno 5 anni dal produttore, gli acciai usati devono essere inossidabili austenitici e martensitici, anticorrosivi, costruiti conformemente allo standard del nostro paese e secondo normativa CEE.

Inoltre l'azienda fornitrice deve offrire la possibilità di eventuale manutenzione e riparazione dei ferri usati.

CARATTERISTICHE

Scheda Tecnica

Fornitura di ferri chirurgici per la sala settoria per l'UOC di Medicina Legale dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.			
CARATTERISTICHE MINIME	Fabbisogno biennale	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA MINIME(SI/NO)	EVENTUALI NOTE
	n. 02 Set Strumentario chirurgico ad uso anatomico composto da:		
Ago Quinke da Biopsia mm. 1,00x90	nr. 50		
Coltello cerebrale Virchow cm.20	nr.02		
Coltello per Anatomia Langenbeck	nr. 02		
Coltello per autopsia cm.17	nr. 02		
Coltello cerebrale Virchow cm 24	nr. 02		
Martello ombredanne chirurgico Ø mm.40 cm.24	nr. 02		
Pinza tagliente liston curvo cm.22	nr. 02		
Costotomo collin cm. 19,5	nr. 02		
Pinza tagliente liston retta cm. 20	nr. 02		
Sega per amputazione collin con 3 lame cm.39	nr. 02		
Forbice retta punte alterne cm. 14,5	nr. 06		
Forbice Mayo retta cm. 17	nr. 06		
Forbice Waldmann per episiotomia zigr. cm 18	nr. 04		
Forbice per enterotomia retta cm.21	nr. 04		
Forbice Metzenbaum retta cm. 14,5	nr. 04		

Forbice Metzenbaum curva cm. 14,5	nr.04		
Pinzetta chirurgica 2x3 denti cm. 18	nr.04		
Pinzetta Feichenfeld per schegge cm 11,5	nr.04		
Sonda bottonuta Ø mm.2 cm.20m.20	nr.06		
Sonda bottonuta scanalata cm.20	nr.06		
Pinza pean anatomica retta cm. 15	nr.04		
Pinza pean anatomica curva cm.15	nr.04		
Pinza halsted-mosquito retta cm. 12	nr.04		
Pinza halsted-mosquito curva cm. 12	nr.04		
Container 1/1 coperchio forato-grigio 580x280x13	nr.02		
Filtro permanente PTFE 1200 cicli per container	nr. 04		
Tempi di consegna			
La categoria/Bando abilitazione al MePa			