



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. Area Tecnica

Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

Tel. 091.6553002/03/04/05/09

Email: area.tecnica@policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche tecniche minime n. 1 Unità Trasmittente per monitoraggio telemetrico

- Rilevazione e registrazione segnale ECG, con rilevazione della frequenza cardiaca e respiro;
- n. 2 batterie (1 in dotazione ed 1 di ricambio);
- Cavo ECG/respiro;
- Compatibile con CENTRALE MONITORAGGIO, di produzione HEWLETT PACKARD CO, mod. KAYAK XA SERIES 05;
- Conforme alle disposizioni della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive;
- Garanzia non inferiore a 2 anni;
- Nel periodo di garanzia si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura;
- Nel periodo di garanzia si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna;
- Nel periodo di garanzia si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.);
- Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso;
- Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;
- Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata.