

DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	Note
<p>Dispositivi a flusso laminare focalizzato mobili a protezione del tavolo operatorio, gli strumenti e il materiale sterile che assicurino: Garanzia dei livelli particellari necessari per ottenere i valori di classe ISO 5 in sala operatoria (UNI EN ISO 14644, UNI EN ISO 11425); Garanzia di riduzione della carica batterica almeno del 95 % sul sito chirurgico e sul tavolo porta ferri; Capacità di tracciamento che attesti che lo strumento abbia funzionato correttamente (come ad esempio la generazione di un barcode durante l'intervento dimostrandone l'effettivo utilizzo); Mantenimento della sterilità degli strumenti e del materiale protesico per tutta la durata dell'intervento attraverso filtri Hepa che rendono l'aria sterile; Facilità di utilizzo, pulizia, disinfezione e possibilità di spostamento; Capacità filtrante $\geq 0,3$ micron che dovrà essere indirizzata verso il punto desiderato attraverso una griglia di emissione anch' essa protetta da un telo sterile facilmente rimovibile; Display multifunzionale per gestire tutte le operazioni di accensione, spegnimento e funzionamento; Dotazione di laser ring per indirizzare il flusso d'aria verso il punto desiderato; Possibilità di agevole spostamento senza la necessità di effettuare lavori edili o impiantistici di adeguamento; Dimensioni e peso ragionevoli; Portata media di almeno 0,5 metri cubi al secondo; Deve essere conforme alle disposizioni della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive; Completo di tutti gli aggregati, accessori e materiali di consumo necessari al normale e corretto utilizzo; Deve soddisfare pienamente lo standard EN 60601-1-2</p>	3			
<p>Eventuale materiale di consumo necessario all'utilizzo del dispositivo, considerando che il numero presunto di interventi su base annua è quello indicato nella colonna "Fabbisogno annuo"</p>	500			

E' fatto salvo il principio di equivalenza tecnica del prodotto offerto, così come disciplinato dall'allegato II.5 del D.Lgs 36/2023

