



AREA PROVVEDITORATO

Via Toti n 76

Tel. 091.6555500/66

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

*A tutte le ditte*

**Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di 1 Sistema ABPM adatto per il monitoraggio della pressione fino a 72, a valere su fondi PO PSN 2018 az. 1.9.**

Questa Amministrazione deve acquistare 1 Sistema ABPM adatto per il monitoraggio della pressione fino a 72 ore, da destinare alla U.O.C. Cardiologia Clinica dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, necessario allo svolgimento di attività connesse al progetto in oggetto in indicato.

Nello specifico lo stesso deve avere le seguenti caratteristiche:

- Apparecchio che consenta il calcolo di pressione sistolica e diastolica, nonché di frequenza cardiaca, MAP, carico di BP e pressione di impulso, indice AASI;
- Dotato di funzione di generazione di report, editing e import ed export dei dati;
- Deve essere **compatibile con il software BPlab già in uso presso questa azienda.**

A tal fine si intende verificare:

- il prezzo orientativo del prodotto e/o costi di installazione;
- il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui il Sistema è stato venduto, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);
- tempi di consegna.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 24.05.2024 al seguente indirizzo mail: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Collaboratore Amministrativo





**N. 1 SISTEMA ABPM ADATTO PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE FINO A 72 ORE, DA DESTINARE ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA CLINICA DELL'A.O.U.P. "P. GIACCONE" DI PALERMO.**

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE (SI) O MENO (NO) LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
Apparecchio che consenta il calcolo di pressione sistolica e diastolica		
Apparecchio che consenta il calcolo di frequenza cardiaca		
Apparecchio che consenta il calcolo di MAP		
Apparecchio che consenta il calcolo di carico di BP		
Apparecchio che consenta il calcolo di pressione di impulso		
Apparecchio che consenta il calcolo di indice AASI		
Apparecchio Dotato di funzione di generazione di report, editing e import ed export dei dati		
Apparecchio compatibile con il software BPlab		