



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

Oggetto: indagine di mercato per n. 03 Manipolatori Uterini e strumentario per interventi di Chirurgia Ginecologica Laparoscopica, da destinare all' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ad Indirizzo Oncologico dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura di nr. 03 Manipolatori Uterini e Strumentario per l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ad Indirizzo Oncologico.

Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici":

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz.) IVA esclusa;
4. Dichiarazione di esclusività ove previsto;
5. Dichiarazione sui tempi di consegna;
6. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
7. Copia del documento di identità.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo entro il 27/05/2024, a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@cert.policlinico.pa.it all'attenzione della Sig.ra Giovanna Messina (091.6555569)

L'Assistente Tecnico
Sig. ra Giovanna Messina



Il Direttore dell' U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

Fornitura di n. 03 Manipolatori Uterini e strumentario per interventi di Chirurgia Ginecologica Laparoscopica, da destinare all' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ad Indirizzo Oncologico dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.

L'indagine di mercato ha per oggetto la fornitura n. 03 Manipolatori Uterini e strumentario per interventi di Chirurgia Ginecologica Laparoscopica, da destinare all' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ad Indirizzo Oncologico dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.

CARATTERISTICHE

Elementi Tecnici

| Fornitura di n. 03 Manipolatori Uterini e strumentario per interventi di Chirurgia Ginecologica Laparoscopica, da destinare all' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ad Indirizzo Oncologico dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo. | | |
|---|---|-----------------------|
| CARATTERISTICHE MINIME | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA MINIME(SI/NO) | EVENTUALI NOTE |
| N. 03 manipolatori uterini poliuso per effettuare interventi di chirurgia ginecologica laparoscopica (es. isterectomia) con le seguenti caratteristiche tecniche: | | |
| Punte distali (da inserire in cavità uterina) di diverse lunghezze (da scegliere in base alla dimensione dell'utero) che permettano di posizionare il fulcro del manipolatore all'altezza della cervice, in modo da ottenere un'adeguata esposizione e trazione (possibilmente con un angolo di escursione desiderato tra 90° in antiversione e 50° in retroversione) | | |
| Palloncino posto all'estremità distale della punta, da gonfiare con soluzione fisiologica (usualmente 5cc), al fine di ottenere una maggiore tenuta all'interno della cavità uterina; | | |
| Meccanismo di blocco autostatico, per mantenere fisso l'angolo di antiversione o retroversione, e modificarlo in base alle necessità durante l'intervento chirurgico; | | |
| Coppette per colpotomia utilizzabili con apparecchiature elettrochirurgiche (corrente monopolare e bipolare), di diversi diametri (da scegliere in base alla dimensione della cervice uterina), al fine di individuare in modo sicuro la linea di incisione sul tessuto paravaginale e identificare, gestire e proteggere gli ureteri, e identificare le arterie uterine, durante gli interventi di isterectomia laparoscopica; | | |
| Palloncino all'estremità prossimale (cosiddetto "pneumo-occluder"), posto al di sotto della coppetta per colpotomia, da gonfiare con soluzione fisiologica (usualmente 30cc) al fine di mantenere un valido pneumoperitoneo anche durante la colpotomia ai fornici con unico monopolare | | |
| n. 20 punte distali idealmente di dimensioni 6,7 mmx6 cm (monouso); | | |
| n. 60 punte distali idealmente di dimensioni 6,7 mmx8 cm (monouso); | | |
| 20 punte distali idealmente di dimensioni 6,7 mmx10 cm (monouso); | | |
| n.20 coppette per colpotomia per apparecchiature | | |

| | | |
|--|--|--|
| elettrochirurgiche, idealmente del diametro di 2,5 cm (monouso) | | |
| n.60 coppette per colpotomia per apparecchiature elettrochirurgiche, idealmente del diametro di 3 cm (monouso) | | |
| n.20 coppette per colpotomia per apparecchiature elettrochirurgiche, idealmente del diametro di 3,5 cm (monouso) | | |
| Garanzia e manutenzione per tutto il periodo della durata del contratto. | | |
| Tempi di consegna. | | |
| La categoria/Bando abilitazione al MePa | | |