



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
AREA PROVVEDITORATO
Via Toti n 76
Tel. 091.6555500/66
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Al C.A. del Direttore dell'U.O.C. di Cardiologia
Prof. A. R. Galassi

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023, suddiviso in 71 lotti per la fornitura triennale di dispositivi e materiale di elettrofisiologia, in conto deposito, da assegnare con il criterio del minor prezzo e da destinare all'ASP di Trapani, all'ISMETT e all'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo – richiesta di riscontro chiarimenti

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che gli operatori economici hanno avanzato le richieste di chiarimento che di seguito si riportano:

- N.21 RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 27/02/2026

“7. In riferimento al LOTTO 38, al fine di garantire la più ampia disponibilità di soluzioni e di rispondere in maniera adeguata alle diverse esigenze cliniche, si chiede di consentire la possibilità di offrire anche dispositivi con dimensioni differenti rispetto a quelle indicate, includendo, a titolo esemplificativo, cateteri con diametro interno pari a 13F. Tale flessibilità permetterebbe di assicurare una gamma più completa di prodotti, mantenendo piena coerenza con le finalità cliniche e operative previste dal capitolato.

8. Si fa presente che i LOTTI 47 e 67 presentano requisiti tecnici estremamente simili, tali da identificare, di fatto, il medesimo prodotto disponibile sul mercato. Pur riconoscendo che possano esistere differenti evoluzioni tecnologiche dello stesso dispositivo, si osserva che gli operatori economici tendono fisiologicamente a proporre la versione più avanzata e aggiornata, rendendo di fatto superflua la distinzione in due lotti separati. Alla luce di tali considerazioni, e al fine di garantire una gestione più razionale ed efficiente della procedura, si chiede di valutare l'accorpamento dei due lotti o, in alternativa, l'eliminazione di uno di essi, in quanto non necessario ai fini della corretta competizione tra gli operatori economici.

9. In riferimento al LOTTO 21 si chiede alla stazione appaltante la possibilità di offrire 1 cavo di connessione ogni 20 cateteri, essendo tali cavi progettati per essere riutilizzati e sterilizzati fino a 10 volte (come indicato nelle loro IFU)”.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Si chiede di fornire sollecito riscontro alle richieste sopra riportate, rammentandoLe che, in sede di chiarimenti non è possibile apportare modifiche sostanziali alle caratteristiche tecniche o prestazionali delle forniture richieste, restando ferma l'applicazione del principio di equivalenza, in base al quale i prodotti o le soluzioni proposte devono garantire prestazioni e funzionalità pari o superiori a quelle previste dal capitolato.

Cordialmente.

Il Collaboratore Amministrativo
Dott. Filippo Fazio



Il RUP e Direttore dell'U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile