



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.655503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli operatori economici

Oggetto: Indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'UE, per l'acquisto di n . 1 SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA da destinare alla U.O.S. controllo e igiene ospedaliera dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo a valere su fondi del PO PSN 2017 az, 4.1.27 CUP I79J20001110001

Questa amministrazione deve procedere all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa per l'acquisto di **n . 1 Sistema di Purificazione dell'acqua** nonché, alla verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i quali tramite il presente avviso possono segnalare il suddetto interesse.

La fornitura di quanto indicato sarà affidata **con il criterio del prezzo più basso.**

Le caratteristiche tecniche del materiale richiesto sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici" e sono previste equivalenze.

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;
2. il prezzo offerto per tali prodotti (si specifica che l'Amministrazione potrebbe determinarsi per l'approvvigionamento tramite affidamento diretto a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato);
3. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
4. Dichiarazione di esclusività ove previsto;
5. Dichiarazione sui tempi di consegna;
6. Copia del documento di identità;

7. Allegato "Elementi Tecnici" completato in tutte le sue parti.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo, e per gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea esprimere il proprio interesse, entro il 22/05/2026, alle ore al seguente indirizzo mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Susanna Zagra



Il Direttore

U.O.C. Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile



Sistema di purificazione di acqua a valere su fondi PO PSN 2017 az. 4.1.17_ CUP I79J20001110001_da destinare alla U.O.S. Controllo e igiene Ospedaliera dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Elementi Tecnici

Descrizione prodotto		Casella in cui la ditta indica di possedere la caratteristica tecnica richiesta (SI/NO)	EVENTUALI NOTE
1	Sistema per la produzione di acqua demineralizzata di laboratorio per dispositivi da laboratorio (autoclave, lavavetreria) e per la produzione di terreni di coltura.		
2	Capacità di produzione maggiore di 40 litri/giorno, con velocità di produzione maggiore o uguale a 8L/h.		
3	Tecnologia a serbatoio chiuso con stoccaggio non inferiore a 25 litri.		
4	Qualità dell'acqua prodotto: Conducibilità elettrica del prodotto < 5 µS/cm; Assenza di particelle > 0,2 µS.		
5	Display LCD con indicazioni di eventuali errori di processo e visualizzazione dei valori di Conducibilità e TOC.		
6	Presenza di lampada UV per la riduzione della presenza di sostanza organiche (TOC < 4ppb) e la disinfezione.		
7	Quanto necessario per il trasporto al piano (2°) e l'installazione completa in situ.		
8	Fornitura del materiale di consumo per un uso triennale.		
9	N.1 Corso di formazione del personale dell'UOC di Epidemiologia Clinica e al personale del Servizio di Ingegneria Clinica.		
10	Garanzia FULL RISK DI ALMENO 2 ANNI. N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:		
I	Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e		

	garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature.		
II	Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna.		
III	Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.).		
IV	Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso.		
V	Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata.		
VI	Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano. N.B. Indicare la sede operativa.		
VII	La disponibilità di parti di ricambio devono essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo. N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali.		
VIII	Eeguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della garanzia.		