



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

Oggetto: avviso di indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, per la fornitura triennale di kit in *real time* PCR per la ricerca di acido nucleico del *Virus dell'epatite D (HDV)*, del *Virus dell'Immunodeficienza acquisita sierotipo 2 (HIV-2)* e del *Virus Mpox*, da destinare alla U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa per la **fornitura triennale di kit in *real time* PCR per la ricerca di acido nucleico del *Virus dell'epatite D (HDV)*, del *Virus dell'Immunodeficienza acquisita sierotipo 2 (HIV-2)* e del *Virus Mpox*, da destinare alla U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**, nonché, alla verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i quali tramite il presente avviso possono segnalare il suddetto interesse.

Tale avviso ha lo scopo di:

- interpellare il mercato al fine di individuare e favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante;
- ricevere preventivi per individuare l'Operatore Economico miglior offerente, con il quale procedere poi ad un affidamento al prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Ai sensi dell'Allegato II.1 art. 2 comma 2, D.Lgs 36/2023, detto avviso costituisce indagine di mercato assicurando opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione, nonché assicurazione del rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito al citato affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno aderito al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

Fabbisogni e caratteristiche tecniche:

1) Fabbisogno annuo HDV:

test in *real time* PCR per HDV in grado di eseguire la quantificazione simultanea del genoma virale dei genotipi da 1 a 8

- 200 determinazioni/test per il 2026;
- 200 determinazioni/test per il 2027;
- 200 determinazioni/test per il 2028.

Si elencano di seguito le caratteristiche infungibili del test HDV richiesto:

- Capacità di rilevare e quantificare l'RNA del virus dell'epatite D (HDV) in campioni di siero e plasma, per una corretta diagnosi di infezione in atto;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- Capacità di rilevare simultaneamente i genotipi HDV da 1 a 8 con test diagnostico *in vitro* marcato a norma CE-IVDR, per ottenere la più elevata sensibilità diagnostica del test;
- Fornitura di standard di quantificazione calibrati rispetto al 1° standard internazionale dell'OMS per l'RNA dell'HDV, per fornire un risultato quantitativo affidabile;
- Sensibilità analitica con Limite di rilevamento (LoD) di almeno 1,20 UI/ml, per una sensibilità diagnostica ottimale;
- Kit completo di quanto necessario per l'esecuzione del test in PCR Real time e compatibilità nella fase di amplificazione con l'utilizzo di Apparecchiatura Biorad CFX96, già presente nei laboratori dell'UOC di Microbiologia e Virologia.

2) Fabbisogno annuo HIV-2:

test in *real time* PCR per HIV-2 in grado di rilevare e quantificare il genoma virale

- 200 determinazioni/test per il 2026;
- 200 determinazioni/test per il 2027;
- 200 determinazioni/test per il 2028.

Si elencano di seguito le caratteristiche infungibili del test HIV-2 richiesto:

- Capacità di rilevare e quantificare l'RNA specifico del virus dell'immunodeficienza umana 2 (HIV-2) in campioni di siero e plasma, per una corretta diagnosi di infezione in atto;
- Sistema reagente comprensivo di controllo interno e controlli positivi, per certificare i risultati ottenuti per ogni campione e per ogni seduta;
- Kit completo di quanto necessario per l'esecuzione del test in PCR Real time e compatibilità nella fase di amplificazione con l'utilizzo di Apparecchiatura Biorad CFX96, già presente nei laboratori dell'UOC di Microbiologia e Virologia.

3) Fabbisogno annuo Mpox:

test in *real time* PCR per Mpox in grado di rilevare e quantificare il genoma virale

- 200 determinazioni/test per il 2026;
- 200 determinazioni/test per il 2027;
- 200 determinazioni/test per il 2028.

Si elencano di seguito le caratteristiche infungibili del test Mpox richiesto:

- Capacità di rilevare il DNA specifico del virus Mpox in campioni di liquido vescicolare;
- Fornitura di Controllo senza template (NTC), controllo positivo (PC) e controllo di campionamento mirato al gene umano della β -actina inclusi nel kit, per certificare i risultati ottenuti per ogni campione e per ogni seduta;
- Kit completo di quanto necessario per l'esecuzione del test in PCR Real time e compatibilità nella fase di amplificazione con l'utilizzo di Apparecchiatura Biorad CFX96 già presente nei laboratori dell'UOC di Microbiologia e Virologia.

Termine e modalità di presentazione del preventivo

L'operatore economico interessato dovrà presentare:

- Istanza di manifestazione di interesse su propria carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante resa con firma digitale oppure con firma autografa allegando fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), costituita da:
 - 1) Documentazione tecnica relativa al prodotto commercializzato che consenta a questa Azienda di comprenderne le caratteristiche in modo chiaro e completo, ed eventuale scheda di equivalenza;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- 2) Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
- 3) Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz.) comprensivo di trasporto, consegna, montaggio e collaudo (ove previsto) IVA esclusa;
- 4) Dichiarazione di esclusività (ove previsto);
- 5) Dichiarazione sui tempi di consegna;
- 6) Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo triennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
- 7) Dichiarazione sul CCNL applicato;
- 8) Allegato elementi tecnici debitamente compilato e firmato.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

L'istanza dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del giorno **15/07/2026** a mezzo PEC all'indirizzo: provveditorato@cert.policlinico.pa.it, all'attenzione del Sig. Massimiliano Marletta, eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al numero 0916555506.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'assunzione della fornitura di cui trattasi, in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'Allegato II.1 art. 2 comma 2, D.Lgs 36/2023, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Criteri di valutazione

Un Referente Tecnico, esprimerà parere di conformità rispetto ai requisiti generali e di rispondenza alle esigenze a cui gli articoli sono destinati. La Stazione Appaltante individuerà, tra i fornitori la cui offerta dal punto di vista tecnico risulti rispondente a quanto richiesto, l'Operatore economico cui affidare la fornitura mediante i seguenti criteri:

- Economicità: sulla base del minor prezzo complessivo offerto;

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura.

L'Assistente Tecnico
Sig. Massimiliano Marletta



Il Dirigente della U.O.C.
Area Provveditorato
Dott.ssa Roberta Maria Costanza Arnone

