



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

### U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

**Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 50 lett. e) del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 13 lotti, per la fornitura, installazione di varie apparecchiature elettromedicali, con garanzia full risk di 24 mesi, nonché formazione, con il criterio del minor prezzo ex art. 50 co. 4 del D.Lgs 36/2023, da destinare a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.**

**Chiarimenti a richiedi informazioni.**

### QUESITO 1

*"in riferimento alla procedura in oggetto, comunichiamo che la data di consegna 10/12/2025 indicata per la consegna dei prodotti aggiudicati entro l'anno ci risulta insufficiente per l'organizzazione delle aziende in quanto trattasi di una procedura multi lotto, complessa e con termine per la presentazione delle offerte entro il 06/11/2025 ove l'aggiudicazione sicuramente non avverrà prima di metà novembre. Pertanto chiediamo gentilmente se in caso di aggiudicazione le apparecchiature previste per l'anno 2025 possono essere consegnate entro il 31/12/2025.*

*Inoltre, onde poter presentare un'offerta corretta e completa, chiediamo l'indicazione del piano relativo ai reparti di destinazione indicati all'Art. 4 'Destinazioni, Consegne e Collaudi' del Capitolato speciale d'appalto e se per il raggiungimento di ognuno è presente un montacarichi/ascensore idoneo"*

### CHIARIMENTO 1

Con riferimento al termine di consegna, nello spirito di massima collaborazione si comunica che la consegna potrà essere effettuata entro e non oltre il 17.12.2025, in ragione della necessità di provvedere anche al collaudo entro il 31.12.2025.

Con riferimento all'indicazione delle destinazioni delle apparecchiature, si riassumono le informazioni richieste nella seguente tabella:

Luogo	Descrizione
U.O.C. di cladibior	PIANO RIALZATO CON 6 GRADINI OPPURE ACCESSO SECONDARIO CON RAMPA, MA PIÙ DISTANTE DALLA STANZA DI CONSEGNA



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

U.O.C. di medicina di laboratorio	PIANO TERRA CON RAMPA
U.O.C di medicina trasfusionale	PIANO TERRA CON RAMPA
U.O.C. microbiologia e virologia	SECONDO PIANO CON ASCENSORE GIÀ USATO PER CONSEGNE DI SIMILE INGOMBRO
DAI di Oncologia e sanità pubblica	PIANO TERRA CON RAMPA
U.O.C. di Diagnostica Autoptica	PIANO TERRA CON RAMPA
U.O.C. di nefrologia e dialisi	PIANO TERRA CON RAMPA
DAI Radiologia interventistica e stroke	PIANO SOTTERRANEO CON ASCENSORE

### QUESITO 2

*“La presente per chiedere conferma dell'importo posto a base d'asta per il lotto 9 a cui saremmo interessati, la cifra indicata è veramente irrisoria per un sistema di produzione d'acqua sia di grado I che di grado III (€ 4.918,03 per n.4 strumenti).”*

### CHIARIMENTO 2

Si conferma la base d'asta.

### QUESITO 3

*“spettabile ente in merito al Lotto 4, si chiede di confermare se la base d'asta unitaria e totale indicata sia corretta o se si tratti di un refuso, poiché i valori risultano non allineati ai prezzi di mercato rispetto alle caratteristiche tecniche richieste”*

### CHIARIMENTO 3

Si conferma la base d'asta.

### QUESITO 4

*“Lotto 7: Si richiede di specificare la capacità in litri del bagnomaria*

*Lotto 8: Cosa intendete esattamente per "vano interno congelatore 13 litri"?”*

### CHIARIMENTO 4

Con riferimento al lotto 7, la capacità della vasca interna del bagnetto termostato deve essere di compresa tra gli 8 e i 12 Litri.

Con riferimento al lotto 8, per vano interno congelatore si intende una zona congelatore dedicata, provvista di sportello, con una capacità di circa 13 litri.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

### QUESITO 5

*“Si richiede conferma in merito alle caratteristiche armadio aspirato per il punto "con ante passanti" si ricorda che per "ante passanti" si fa riferimento al posizionamento di n2 serie ante per entrambi i lati degli armadi, soluzione che sconsigliamo vista l'installazione all'interno del laboratorio di Anatomia Istopatologia.”*

### CHIARIMENTO 5

*“PER ANTE PASSANTI SI INTENDE 2 ANTE SCORREVOLI”.*

### QUESITO 6

*“In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con particolare riguardo alla richiesta di consegna della fornitura presso i locali delle UU.OO dell'Azienda (LOTTO 2, LOTTO 3 e LOTTO 4), con la presente si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti, al fine di consentire un'adeguata valutazione tecnico-logistica e un corretto dimensionamento dei mezzi e delle risorse da impiegare:*

- 1. Piano di destinazione - si richiede di conoscere a quale piano debbano essere consegnate le apparecchiature;*
- 2. Presenza di ascensori o montacarichi - si chiede di specificare*
  - a. Se sono presenti ascensori o montacarichi utilizzabili per la consegna;*
  - b. Le relative dimensioni interne (larghezza, profondità, altezza) e portata massima in kg;*
- 3. Accessibilità tramite scale - qualora non siano disponibili mezzi di sollevamento verticali o questi non siano idonei*
  - a. Si richiede di conoscere il numero di rampe di scale che è necessario percorrere per raggiungere il piano di consegna.*

*Tali informazioni sono indispensabili per valutare l'eventuale utilizzo di attrezzature speciali per il trasporto (es. stair robot) e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza durante la movimentazione.”*

### CHIARIMENTO 6

Si veda chiarimento 1.

### QUESITO 7

*“Si chiede di indicare le misure LxHxP degli armadi aspirati”*

### CHIARIMENTO 7

*“cm 150 x 200 x 60”.*



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

#### QUESITO 8

*“quando chiedete marcatura CE intendete dispositivo medico/IVD”*

#### CHIARIMENTO 8

Si conferma che si tratta della marcatura CE per apparecchiature elettromedicali.



II RUP

Dott. Simone Catalano