



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provvedorato@policlinico.pa.it

Pec: provvedorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

AVVISO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 per la fornitura di apparecchiature per attivazione di n. 2 posti letto di Terapia Intensiva Pediatrica Post-Operatoria da destinare a varie al D.A.I. Emergenza e Urgenza dell'A.O.U. P. Paolo Giaccone di Palermo.

Quesito n.1:

si chiede se siano tassative le attività in loco quali installazione, collaudo, formazione del personale.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere gestite a distanza dalla ns società.

Risposta:

le attività di installazione, collaudo e formazione è NECESSARIO che avvengano in loco.

Quesito n. 2:

In riferimento alla caratteristica tecnica che si riporta: "Deve disporre di trasduttori specifici per la Pediatria (documentare) leggeri e dotati di connettori pinless di rapida installazione; i trasduttori devono garantire l'integrità anche in caso di cadute e devono essere sanificati con immersione (IPX7)=

Si chiede se per trasduttori specifici per la pediatria, non essendo specificati sul capitolato, si intendono i seguenti :

Microconvex addominale pediatrica sanificabili per immersione IPX7 e resistenti alle cadute con freq. circa 3-11 Mhz

Cardiologica Phased array pediatrica sanificabile per immersione IPX7e resistente alle cadute con freq. circa 2-9 Mhz

Lineare elettronica ad alta frequenza per applicazioni pediatriche sanificabile per immersione IPX7 e resistente alle cadute con freq.circa 3- 15 Mhz.

Risposta:

Per trasduttori specifici per la pediatria si intendono tutti resistenti alle cadute e inoltre :



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Microconvex addominale pediatrica sanificabile per immersione ipx7 con Freq comprese tra 2,5 a 13 Mhz

Cardiologica Phased array pediatrica sanificabile per immersione ipx7 con Freq comprese tra 2 e 9,5 Mhz

Lineare elettronica ad alta frequenza per applicazioni pediatriche sanificabile immersione ipx7 con frequenze tra 3 e 18 Mhz

Quesito n. 3:

con la presente siamo a chiedere se gli strumenti richiesti devono essere consegnati al piano terra o ai piani. Se consegna ai piani, la struttura dispone di ascensore/montacarichi di portata e dimensioni adeguate?

Risposta :

Strumenti saranno assegnati tra primo e secondo piano . Ascensori non montacarichi ma solo pazienti.

Quesito n. 4 :

Nel disciplinare di gara sono elencati a pag. 3 art. 2.1 DOCUMENTI DI GARA i documenti di gara.

Si chiede di potere ricevere i seguenti documenti che non sono inclusi tra la documentazione di gara disponibile: D. DGUE; E. Patto di Integrità; F. Dichiarazione familiari a carico; G. Scheda fornitore finale I. Tabella rispondenza ai requisiti minimi e nello specifico.

Inoltre nel disciplinare di gara Art. 11 pag. 10 è indicato come termine di presentazione offerta il termine ore 10:00 del giorno 17 aprile 2025. Si chiede conferma che è un refuso e risulta essere il 21/10/2025 10:00.

Infine, in attesa di riscontro ai chiarimenti tecnici ed amministrativi, SI CHIEDE GENTILMENTE DI CONCEDERE UNA PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA DI ALMENO 10 GIORNI.

Risposta:

Sono stati inseriti in un secondo momento.

Quesito n. 5:

La presente per richiederVi se è possibile inserire nel file exel, quindi al di fuori dell'offerta presentata su base d'asta, il materiale monouso dedicato necessario per le metodiche di monitoraggio emodinamico previste nel Vostro capitolato speciale.

Risposta:

Si conferma.

Quesito n. 6:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Salve , come precisato in oggetto si chiede cortesemente di inserire nella documentazione il DGUE , in quanto non risulta tra gli allegati .

Si prega di chiarirle che si intende per :

SCHEMA FORNITORE FINALE (non vi è un modulo allegato)

TABELLA RISPONDENZA AI REQUISITI MINIMI (non vi è un modulo allegato)

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta:

Sono stati inseriti in un secondo momento.

Quesito n. 7:

tra la documentazione amministrativa bisogna presentare il DGUE?

Risposta:

Si conferma.

Quesito n. 8:

In riferimento al lotto 5 Si chiede di specificare marca e modello del videoprocessore a cui deve essere collegato il fibrobroncoscopio richiesto.

Risposta:

l'apparecchiatura in parola deve poter essere collegata e comunicare:

- con i sistemi audio-video associati al VIDEOLARINGOSCOPIO, di produzione AMBU INTERNATIONAL AS e mod. AVIEW
- con i sistemi audio-video associati al VIDEOLARINGOSCOPIO, di produzione VERATHON MEDICAL e mod. GLIDESCOPE CORE

Quesito n. 9:

si segnala che l'allegato *"Tabella di rispondenza ai requisiti minimi"*, indicato nel Disciplinare di gara, non risulta presente nella documentazione pubblicata.

Si chiede cortese verifica e trasmissione.

Risposta:

Documento inserito in un secondo momento.



Il RUP
Dott. Giorgio Miccichè

