



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 50 lett. e) del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 13 lotti, per la fornitura, installazione di varie apparecchiature elettromedicali, con garanzia full risk di 24 mesi, nonchè formazione, con il criterio del minor prezzo ex art. 50 co. 4 del D.Lgs 36/2023, da destinare a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

Chiarimenti a richiesti informazioni.

QUESITO 1-2

"si chiede di confermare se il prezzo messo a base d'asta per il lotto 6 SPIROMETRO CON CABINA PLETISMOGRAFICA pari ad € 3.278,69 è corretto"

CHIARIMENTO 1-2

Si conferma la base d'asta

QUESITO 3

"Oggetto del chiarimento al lotto 11- punto 5 - Pannello operativo sanificabile (almeno IP22) ibrido (Composto da sezione touch screen di tipo capacitivo e sezione con tasti fisici)." Al fine di garantire una maggiore possibilità di partecipazione, chiediamo se la caratteristica al punto 5 del lotto 11, relativa alla presenza del pannello operativo ibrido, sia ostativo alla partecipazione di gara, in quanto i modelli presenti nella nostra gamma prodotto, sono sprovvisti di pannello touch, ma sono sanificabili e resistenti alla caduta di liquidi, con grado di resistenza superiore a IP22."

CHIARIMENTO 3

Si conferma l'obbligatorietà del requisito minimo di cui al punto 5 del lotto 11, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare l'equivalenza della caratteristica del proprio prodotto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico (Si veda art. 16 n. 2 del Disciplinare). Quanto relazionato dalla ditta offerente in termini di equivalenza, verrà in seguito valutato dalla Commissione tecnica che vaglierà la conformità tecnica dei prodotti.

QUESITO 4

"in riferimento al Lotto n. 1 relativo alla fornitura di n. 16 elettrocardiografi carrellati, con la presente siamo a sottoporre un chiarimento in merito al punto 24 del capitolato tecnico, ove si specifica: "Apparecchiatura leggera, compatta e facilmente trasportabile, peso massimo 5 kg. "



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Considerato che l'elettrocardiografo richiesto deve essere posto su carrello robusto e trasportabile, chiediamo cortesemente di voler ammettere una tolleranza del peso fino a 5,8 kg, ritenendo che tale valore risulti comunque conforme ai requisiti di leggerezza, compattezza e trasportabilità previsti.”

CHIARIMENTO 4

Si conferma l'obbligatorietà del requisito minimo di cui al punto 24 del lotto 1, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare l'equivalenza della caratteristica del proprio prodotto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico (Si veda art. 16 n. 2 del Disciplinare). Quanto relazionato dalla ditta offerente in termini di equivalenza, verrà in seguito valutato dalla Commissione tecnica che vaglierà la conformità tecnica dei prodotti.

QUESITO 5

“In riferimento alla procedura di gara in oggetto e al Capitolato Tecnico, nel quale è previsto l'utilizzo di un monitor multiparametrico da 17” carrellato, la scrivente Ditta desidera sottoporre alla Vostra attenzione la seguente richiesta di chiarimento.


Il sistema da noi proposto è equipaggiato con un monitor multiparametrico da 15”, che presenta caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali equivalenti al modello da 17”, in quanto assicura:

- la stessa risoluzione video;*
- la medesima capacità di visualizzazione simultanea dei parametri;*
- elevata leggibilità delle curve e dei dati;*
- ridotto ingombro e maggiore facilità di movimentazione.*

Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente di voler confermare la possibilità di ammettere una tolleranza sulla dimensione del monitor, accettando quindi anche monitor da 15”, purché garantiscano identiche prestazioni e conformità ai requisiti funzionali richiesti dal Capitolato.”

CHIARIMENTO 5

Si conferma l'obbligatorietà del requisito minimo di che trattasi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare l'equivalenza della caratteristica del proprio prodotto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico (Si veda art. 16 n. 2 del Disciplinare). Quanto relazionato dalla ditta offerente in termini di equivalenza, verrà in seguito valutato dalla Commissione tecnica che vaglierà la conformità tecnica dei prodotti.

Il RUP
Dott. Simone Catalano

Univ. Policlinico Paolo Giaccone
U.O.C. Area Proveditorato
Palermo * Azi. Osp.