



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 14 lotti, per la fornitura, installazione di varie apparecchiature elettro-medicali, con garanzia full risk di 24 mesi, nonchè formazione, con il criterio del minor prezzo ex art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, da destinare a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

Chiarimenti a richiesti informazioni.

QUESITO 10 C

"al punto 7 delle caratteristiche tecniche minime del lotto n. 3 viene richiesto " almeno 2 linee di pressione invasiva (da fornire completi di almeno un cavo base); ". Si chiede di chiarire se deve essere fornito monitor con n. 2 linee ed accessori per 2 linee oppure monitor con n. 2 linee ed accessori per 1 linea di pressione invasiva;"

CHIARIMENTO 10 C

"il monitor deve essere fornito con n.2 linee di pressione invasiva e con accessori per 2 linee. Si accettano soluzioni equivalenti"

QUESITO 10 D

"al punto 16 delle caratteristiche tecniche minime del lotto n. 3 viene richiesto " Dotato di ogni eventuale accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo: (almeno cavo ECG per le diverse tipologie di paziente, sensore SpO2 completo a dito riutilizzabile, prolunga e bracciale NIBP riutilizzabile per adulti e bambini, sensore di temperatura completo cutaneo riutilizzabile, kit CO2; ". Relativamente all' ECG a 3/5/6/12 derivazioni, premesso che ogni monitor sia già predisposto per il monitoraggio ECG 3/5/6/12 derivazioni, si chiede quanti cavi ECG a 10 elettrodi (12 derivazioni) debbano essere inclusi in fornitura (ritenendo ridondante fornirli per ogni monitor) e se per il monitoraggio continuo dell'ECG possa ritenersi sufficiente cavo ECG a 3 elettrodi per ciascun i monitor."

CHIARIMENTO 10 D

"i cavi ECG devono essere inclusi nella fornitura di ciascun monitor. Per il monitoraggio continuo non è sufficiente un cavo ECG a 3 elettrodi ma deve essere a 10 elettrodi"

QUESITO 10 E



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

“al punto 16 delle caratteristiche tecniche minime del lotto n. 3 viene richiesto “ Dotato di ogni eventuale accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo: (almeno cavo ECG per le diverse tipologie di paziente, sensore SpO2 completo a dito riutilizzabile, prolunga e bracciale NIBP riutilizzabile per adulti e bambini, sensore di temperatura completo cutaneo riutilizzabile, kit CO2) (cavi ECG intercambiabili con telemetrie) necessari per il corretto funzionamento; ”. Relativamente alla temperatura viene richiesta temperatura interna ed esterna ma solamente il sensore per temperatura cutanea. Si chiede di chiarire se oltre al sensore di temperatura cutanea deve essere fornito anche il sensore per temperatura interna.”

CHIARIMENTO 10 E

“Deve essere fornito solo il sensore per temperatura cutanea (esterna). La misurazione della “temperatura interna” deve essere considerato un refuso ”

QUESITO 11

“In riferimento alle caratteristiche richieste all'interno del Lotto n° 10 - Monitor Multiparametrico destinato per Camera Iperbarica si fa presente che la base d'asta da voi proposta è troppo bassa in quanto la specificità dell'apparecchio richiesto, così come descritto sul capitolato di gara, ha delle caratteristiche specifiche che generano dei costi superiori a quelli da voi indicati. Si chiede per tanto di alzare la Base d'asta del Lotto n° 10. ”

CHIARIMENTO 11

Si conferma la base d'asta

Il RUP

Dott. Simone Catalano