

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

**U.O.C. AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo  
Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

A tutti gli Operatori Economici interessati

**Oggetto: avviso di indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, per la fornitura triennale di n. 9000 pz. connettori per drenaggi chirurgici mis. 4x4 mm e n. 3000 pz. mis. 7x7mm da destinare all' UU.OO dei complessi operatori facenti parte dei DAI Chirurgico dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone**

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente per la fornitura triennale di n. 9000 pz. connettori per drenaggi chirurgici mis. 4x4 mm e n. 3000 pz. mis. 7x7mm da destinare all' UU.OO dei complessi operatori facenti parte dei DAI Chirurgico dell'A.O.U. Policlinico P. Giaccone di Palermo, nonché, alla verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i quali tramite il presente avviso possono segnalare il suddetto interesse.

La fornitura sarà affidata al prezzo più basso.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici":

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz.) IVA esclusa;
4. Dichiarazione di esclusività ove previsto;
5. Dichiarazione sui tempi di consegna;
6. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
7. Copia del documento di identità;
8. Allegato "Elementi Tecnici" completato in tutte le sue parti;
9. Indicare il CCNL.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo, e per gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea esprimere il proprio interesse, entro il 19/01/2026, a mezzo PEC all'indirizzo [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it) all'attenzione della Sig.ra Giovanna Messina (091.6555569).

L'Assistente Tecnico  
Sig.ra Giovanna Messina  
*Giovanna Messina*



Il Direttore della U.O.C.  
Area Provveditorato  
Dott.ssa Chiara Giannobile  
*Chiara Giannobile*

Fornitura triennale di n. 9000 pz. connettori per drenaggi chirurgici mis. 4x4 mm e n. 3000 pz. mis. 7x7mm da destinare all' UU.OO dei complessi operatori facenti parte del DAI Chirurgico dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone

**CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME**

ELEMENTI TECNICI

CONNETTORI PER DRENAGGI CHIRURGICI			
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA TECNICA (SI/NO)	EVENTUALI NOTE
1	n. 3000 Connettori per drenaggio chirurgico mis. cm 7x7, devono essere confezionati in carta medica <span>le</span> con punte distali aperte biconiche da inserire nei tubi in dotazione, con adattatore sterile con film biaccoppiato, conforme ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 11135 PA/PE di polipropilene, di classe Is marcato CE in conformità alla direttiva 93/42 EEC (CE0068). Deve prevedere l'inserimento biconico del tubo e le aperture laterali, devono presentare una forma scanalata per effettuare le connessioni richieste. I residui del presidio medico di epoclorodona devono essere conformi alla norma ISO 10993/7.		
2	n. 9000 Connettori per drenaggio chirurgico mis. cm 4x4, devono essere confezionati in carta medica <span>le</span> con punte distali aperte biconiche da inserire nei tubi in dotazione, con adattatore sterile con film biaccoppiato, conforme ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 11135 PA/PE di polipropilene, di classe Is marcato CE in conformità alla direttiva 93/42 EEC (CE0068). Deve prevedere l'inserimento biconico del tubo e le aperture laterali, devono presentare una forma scanalata per effettuare le connessioni richieste. I residui del presidio medico di epoclorodona devono essere conformi alla norma ISO 10993/7.		

**NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**