



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 14 lotti, per la fornitura, installazione di varie apparecchiature elettro-medicali, con garanzia full risk di 24 mesi, nonchè formazione, con il criterio del minor prezzo ex art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, da destinare a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

Chiarimenti a richiesti informazioni.

QUESITO 6

“con riferimento al capitolato della gara in oggetto – Lotto 9, la scrivente Draeger intende sottoporre alla Vostra attenzione alcuni rilievi relativi alle specifiche tecniche da valersi quali requisiti minimi delle apparecchiature richieste, che, seppur non individuando esplicitamente il dispositivo TOF-Cuff di RGB Medical Devices, risultano di fatto identificare in modo inequivocabile tale prodotto, limitando significativamente la concorrenza e la massima partecipazione alla gara. [...] Alla luce delle osservazioni sopra esposte, richiediamo una revisione delle specifiche tecniche del capitolato, al fine di consentire la partecipazione di prodotti equivalenti che soddisfano le stesse necessità e caratteristiche funzionali richieste”

CHIARIMENTO 6

Si conferma l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti per il lotto 9, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare l'equivalenza della caratteristica del proprio prodotto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico (Si veda art. 16 n. 2 del Disciplinare). Quanto relazionato dalla ditta offerente in termini di equivalenza, verrà in seguito valutato dalla Commissione tecnica che vaglierà la conformità tecnica dei prodotti.

QUESITO 8

“Salve, al punto 5 delle caratteristiche tecniche minime del lotto n. 1 viene richiesto "Dotazione di stampante termica per la stampa simultanea delle derivazioni misurate con carta almeno 112 mm; ". Trattandosi di una procedura con aggiudicazione al prezzo più basso, dove viene accettato una tolleranza per caratteristiche fisiche, ed in considerazione che l' apparecchiatura da Noi commercializzata dispone di stampante termica integrata con carta da 110 mm, in relazione alla Vostra richiesta di stampa “con carta almeno 112mm”, al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede di voler considerare ai sensi dell' Art.79. del D.Lgs. 36/2023 una tolleranza del 2% per le dimensioni minime della carta, specifica che non inficia sulla destinazione clinica e sull'operatività del dispositivo, trattandosi di una differenza di appena 2 mm di larghezza della carta utilizzata.”



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

CHIARIMENTO 8

Si conferma l'obbligatorietà del requisito minimo di cui al punto 5 del lotto 1, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare l'equivalenza della caratteristica del proprio prodotto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico (Si veda art. 16 n. 2 del Disciplinare). Quanto relazionato dalla ditta offerente in termini di equivalenza, verrà in seguito valutato dalla Commissione tecnica che vaglierà la conformità tecnica dei prodotti.

QUESITO 9

“relativamente al lotto n. 9, si segnala che, per quanto di nostra conoscenza, la base d’asta risulta errata e significativamente troppo bassa, rendendo impossibile la nostra partecipazione alla gara.”

CHIARIMENTO 9

Si conferma la base d'asta.

QUESITO 10 A-B

“al punto 2 delle caratteristiche tecniche minime del lotto n. 3 viene richiesto “ display da almeno 17” a colori LCD TFT touch-screen ad alta risoluzione; ”. Trattandosi di una procedura con aggiudicazione al prezzo più basso, dove viene accettato una tolleranza per caratteristiche fisiche, al fine di garantire una più ampia partecipazione e in considerazione che il monitor multiparametrico dovrà essere “mobile (carrellato)” oltre che dotato di batteria con autonomia non inferiore alle 2 ore, si chiede di voler considerare quali equivalenti ai sensi dell’ Art.79. del D.Lgs. 36/2023 monitor multiparametrici con display da 15,6”, dimensione standard di mercato che consente una chiara visualizzazione di tutti i parametri richiesti ottimizzando gli ingombri del dispositivo stesso e che si ritiene idonea all’uso clinico previsto ed allo stesso tempo rientrando nel limite di tolleranza del 10% (max 1,7” di tolleranza) normalmente applicato alle procedure con aggiudicazione al prezzo più basso;

al punto 3 delle caratteristiche tecniche minime del lotto n. 3 viene richiesto “visualizzazione fino ad almeno 12 forme d’onda, di parametri diversi, in tempo reale; ”. Trattandosi di una procedura con aggiudicazione al prezzo più basso, dove viene accettato una tolleranza per caratteristiche fisiche, al fine di garantire una più ampia partecipazione, si chiede di voler considerare quali equivalenti ai sensi dell’ Art.79. del D.Lgs. 36/2023 monitor multiparametrici in grado di visualizzare simultaneamente n.8 forme d’onda multiparametriche oltre che le 12 derivazioni ECG simultanee in pagina dedicata, valori ritenuti funzionalmente idonei anche in considerazione dei parametri richiesti e delle destinazioni finali dei monitor; ”

CHIARIMENTO 10 A-B

Si conferma l'obbligatorietà dei requisiti minimi di che trattasi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare l'equivalenza della caratteristica del proprio prodotto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico (Si veda art. 16 n. 2 del Disciplinare). Quanto relazionato dalla ditta offerente in termini di equivalenza, verrà in seguito valutato dalla Commissione tecnica che vaglierà la conformità tecnica dei prodotti.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Si precisa che, trattandosi di quesiti tecnici, le richieste di chiarimento di cui ai numeri 10 C-D-E, sono stati trasmessi ai referenti tecnici e saranno, pertanto, riscontrate entro i termini previsti per legge. Si chiede, quindi, di non reiterare le istanze di chiarimento tecniche già formulate.

Il RUP

Dott. Simone Catalano

