Prot. n. 0068911 del 10/11/2026 - UOR: SI000001

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
**U.O.C. AREA PROVVEDITORATO**
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

# CHIARIMENTI

**Oggetto: "*Procedura aperta con modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, suddivisa in 54 lotti, per la fornitura biennale in conto deposito di dispositivi impiantabili e materiale per cardiostimolazione, da destinare all'U.O.C. di Cardiologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo*" pubblicata sulla PAD "Net4Market" per importo complessivo a base d'asta di 6.263.420,00 € IVA esclusa.**

## Quesito n.1: PUNTO 9 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Un'operatore economico chiede: "*Si chiede conferma che, come riportato anche sul documento stesso, il punto 9 dell'istanza di partecipazione non sia da compilare in tutte le sue parti in quanto per i lotti di nostro interesse si tratta di mera fornitura senza posa in opera*"

**Risposta:** Si conferma.

## Quesito n.2: RIDUZIONI CAUZIONE PROVVISORIA

Un'operatore economico chiede: "*si chiede conferma che ove l'operatore economico sia in possesso di almeno una delle certificazioni/marchi tra quelli indicati dall'allegato Il.13 del Codice, lo stesso potrà agevolarsi dell'ulteriore riduzione del 20% sull'Importo della cauzione provvisoria ex art. 106, co. 8, 4° periodo del Codice (cumulabile con le precedenti riduzioni previste del medesimo articolo)*"

**Risposta:** Si conferma.

## Quesito n.3: REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Un'operatore economico chiede: "*Visto il Regolamento (UE) 2022/1031 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, siamo a chiedere conferma che le modalità operative volte alla comprova dell'origine dei beni oggetto della fornitura avvengano in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento UE 2022/1031; siamo a chiedere le modalità operative con le quali la Spett.le Stazione Appaltante si attiverà e, in particolare, si chiede quali documenti giustificativi (certificazioni, attestazioni, documentazioni) saranno ritenuti idonei a supporto della dichiarazione di origine"*

**Risposta:** Si conferma che saranno idonei tutti documenti giustificativi, secondo la normativa vigente, che comprovino l'origine del bene.

## Quesito n.4: ALLEGATO 4 MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Un'operatore economico chiede: "*Nell'inviare per ciascun LOTTO l'Allegato 4 "Modello offerta economica", si chiede di poter nascondere le righe riferite agli altri LOTTI*"

**Risposta:** L'allegato 4 "Modello offerta economica" deve essere compilato per i lotti d'interesse, lasciando inalterato il modello originale.

**Quesito n.5**: **CHIARIMENTO LOTTO 21**

Un'operatore economico chiede: "*Con riferimento al lotto 21 ed in particolare al requisito "capacità batteria minima 243 mAh", si chiede di confermare se sia ammessa una tolleranza tecnica del 5% rispetto al valore indicato, considerato che tale caratteristica può essere soggetta a normali scostamenti produttivi e di misurazione.*"

**Risposta:** Si conferma una tolleranza tecnica del 5%.

**Quesito n.6**: **Chiarimento valorizzazione autonoma dei singoli componenti**

Un'operatore economico chiede: "*Con riferimento all'allegato 4 Modello offerta economica, si chiede di confermare che l'offerta economica possa essere formulata mediante valorizzazione autonoma dei singoli componenti e articoli che costituiscono il lotto, in caso di lotti composti da una pluralità di beni distinti, (ad esempio cassa, elettrocateteri e monitoraggio remoto), senza vincoli di ripartizione economica tra le stesse, purché sia rispettata la base d'asta complessiva del lotto, restando altresì ammessa l'eventuale formulazione di offerte in sconto merce per una o più componenti.*"

**Risposta:** Si conferma quanto indicato al paragrafo 17 del Disciplinare di gara secondo cui nell'allegato 4 Modello offerta economica deve essere indicato il "*Prezzo unitario del prodotto che costituisce il lotto e anche dei singoli componenti e articoli che costituiscono il lotto, in caso di lotti composti da una pluralità di beni distinti, al netto del ribasso offerto e dell'iva, dei prodotti offerti*". Pertanto, in aderenza a quanto previsto dalla documentazione di gara (che non ha disciplinato né previsto la facoltà di offrire sconti merce), si ribadisce che ogni singolo componente, bene o articolo offerto deve obbligatoriamente valorizzare un prezzo certo, reale e superiore a zero. Non è pertanto considerata ammissibile l'indicazione di prezzi pari a zero o la formula dello "sconto merce".

**Quesito n.7**: **CHIARIMENTO LOTTI 34, 43, 44, 49**

Un'operatore economico chiede: "*Con riferimento ai lotti 34, 43, 44, 49, al fine di garantire la compatibilità in caso di sostituzione di modelli con connessione DF-4, DF-1, IS-4 e IS-1, si chiede di confermare che sia possibile offrire più modelli, anche con nome commerciale diverso, senza che questo costituisca offerta alternativa e che la valutazione tecnica sarà effettuata sul dispositivo con connessione DF-4, IS-4.*"

**Risposta:** Si conferma la possibilità di offrire più modelli, anche con nome commerciale diverso, senza che questo costituisca offerta alternativa e che la valutazione tecnica sarà effettuala sul dispositivo con connessione DF-4, IS-4.

**Quesito n.8**: **DICHIARAZIONE PAESE DI ORIGINE DOGANALE**

Un'operatore economico chiede: "*Con riferimento alla documentazione richiesta dalla lex specialis di gara relativa all'attestazione del Paese di origine doganale non preferenziale dei beni offerti, ai*

*sensi degli artt. 59-61 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (dichiarazioni richieste ai punti 5 e 6 del paragrafo n. 16 Offerta tecnica), si chiede cortesemente di chiarire quanto segue.*
*Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura rivesta esclusivamente il ruolo di distributore e non di fabbricante dei dispositivi medici offerti, si chiede di confermare se, ai fini del soddisfacimento del requisito documentale, sia sufficiente la presentazione della dichiarazione rilasciata direttamente dal fabbricante, attestante in modo inequivocabile il Paese di origine doganale non preferenziale di ciascun prodotto offerto, senza necessità di produrre un'ulteriore dichiarazione di analogo contenuto sottoscritta dall'operatore economico concorrente.*"

**Risposta:** Si conferma che qualora l'operatore economico partecipante sia un mero distributore, dovrà presentate la dichiarazione richiesta al punto 6 del paragrafo n. 16 denominato "Offerta tecnica" del Disciplinare di gara.

**Quesito n.9: CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 7**

Un'operatore economico chiede: "*Con riferimento alle caratteristiche minime richieste per il Lotto n. 7 (rif.to pagina n. 4 del Capitolato Speciale d'appalto) si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se, al fine di garantire un'efficace prevenzione delle infezioni associate al dispositivo impiantabile, l'antibiotico debba essere presente in maniera omogenea sull'intera superficie del dispositivo già in fase di fabbricazione, assicurando così una copertura completa della protesi al momento dell'impianto.*"

**Risposta**: Si conferma che l'antibiotico debba essere presente in maniera omogenea sull'intera superficie del dispositivo già in fase di fabbricazione, assicurando così una copertura completa della protesi al momento dell'impianto.

**Quesito n.10**: **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE**

Un'operatore economico chiede: *"Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti ai par. 7.1.B) e 7.1.C) del Disciplinare di gara si chiede di chiarire se i documenti a comprova dei requisiti debbano essere caricati all'interno della cartella contenente la documentazione amministrativa o debbano essere caricati sul FVOE.*"

**Risposta:** il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 7.1.B) e 7.1.C) del Disciplinare di gara, verranno verificati mediante l'utilizzo del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) o tramite richiesta diretta alle amministrazioni/stazioni appaltanti che hanno rilasciato le certificazioni relative alle precedenti forniture dichiarate dall'operatore economico.

**Quesito n.11**: **TABULATO TECNICO**

Un'operatore economico chiede: *"Si chiede cortesemente di confermare, nella compilazione del TABULATO TECNICO, la possibilità di eliminare le righe relative ai lotti di non interesse.*"

**Risposta:** Il TABULATO TECNICO deve essere compilato per i lotti d'interesse, lasciando inalterato il modello originale.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**Quesito n.12: ALL. 4 MODELLO OFFERTA ECONOMICA**

Un'operatore economico chiede: *"Si chiede cortesemente di confermare, nella compilazione dell'Allegato 4 Modello offerta economica, la possibilità di eliminare le righe relative ai lotti di non interesse."*

**Risposta:** Vedi quesito n. 4.

**Quesito n.13: BASE D'ASTA**

Un'operatore economico chiede: *"Si chiede cortesemente di confermare la possibilità di presentare offerta pari alla base d'asta."*

**Risposta:** Si conferma.

**Quesito n.14: Doc tecnica in lingua originale**

Un'operatore economico chiede: "*si chiede conferma che i certificati CE, le dichiarazioni di conformità e le ISO possano essere presentati in lingua originale inglese essendo documenti predisposti direttamente da Casa Madre avente sede all'estero"*

**Risposta:** Si conferma.

**Quesito n.15: Chiarimento lotto 28**

Un'operatore economico chiede: "*Con riferimento al lotto 28 ed in particolare al requisito " volume ridotto inferiore a 10cc", si chiede di confermare se sia ammessa una tolleranza tecnica del 5% rispetto al valore indicato, considerato che tale caratteristica può essere soggetta a normali scostamenti produttivi e di misurazione."*

**Risposta:** Si conferma che è ammessa una tolleranza tecnica del 5% rispetto al valore indicato.

**Quesito n.16: RICHIESTA CHIARIMENTO CERTIFICAZIONE CE**

Un'operatore economico chiede: "*...con riferimento alla richiesta, per ogni dispositivo offerto, dell'indicazione del numero di registrazione nazionale presso il Ministero della Salute e il Codice CND, chiediamo conferma, in caso di partecipazione alla procedura di gara con prodotti in fase di certificazione CE, della possibilità di fornire apposita autodichiarazione dell'operatore economico attestante che il dispositivo offerto è attualmente in fase di valutazione da parte dell'ente certificazione e che il rilascio della relativa certificazione è previsto a breve"*

**Risposta:** Non è ammessa.

Supporto al RUP
*Dott.ssa Maria Anna Puglisi*

Il RUP
*Dott.ssa Chiara Giannobile*