

LOTTO	DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE	FABBISOGNO Numero annuo	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
1	<b>Dispositivo, finalizzato alla creazione del vuoto nel suo contesto per ottenere la introduzione dell'ago di Veress</b>	<b>300 pezzi</b>				
	misure almeno di 15 cm di diametro x 10 cm di altezza					
	che possieda una forma idonea alla creazione del vuoto e presenza di idonea valvola su una superficie corporea adeguata ad agire in sicurezza					
	che abbia un connettore con sistema di creazione del vuoto					
	che consenta la possibilità di inserimento contestuale dell'ago di Veress con una angolazione fino a 150°					
	che non consenta nessuna fuoriuscita dal sito di iniezione durante l'inserimento dell'ago					
	che assorba e distribuisca la pressione dell'Ago di Veress					
	costruito in materiale trasparente, e privo di incollature, al fine di controllare le azioni che si svolgono al suo interno, così da consentire al Chirurgo una perfetta visuale del campo operatorio					
	che sia dotato di valvola by-pass del vuoto					
	che sia adattabile a superfici sottoposte ad azine di agenti disinfettanti (sito chirurgico)					
	che aumenti lo spazio virtuale normalmente esistente tra la parete addominale e gli organi sottostanti, almeno dagli 8 ai 10 centimetri, permettendo di inserire con maggiore sicurezza l'ago di Veress per via percutanea, mediante un meccanismo di aspirazione applicata alla parete addominale					
	che consenta una procedura di accesso in addome sicura, veloce e standardizzata con maggiore sicurezza per il paziente					
	che consenta lo svolgimento della procedura da parte di un solo operatore, senza necessità di aiuto					
che sia utilizzabile sulle più svariate tipologie di corporature						

**NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**