

Denominazione Operatore Economico: .....

VOCE	DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
1	<b>KIT ANTISVERSAMENTO</b> da utilizzare in caso di sversamento imprevisto di contenitori contenenti formaldeide al fine di procedere al contenimento rapido, pulizia e rimozione sicura.	<b>1</b>				
2	<b>FOGLI ASSORBENTI UNIVERSALI E PER PRODOTTI CHIMICI</b> DIMENSIONI 50X40 CM; DOPPIO SPESSORE COLORE GIALLO					
3	<b>QUANTO IN NEOPRENE</b> COLORE NERO EN 420; EN 374 (AKL); EN 388 (3121)					
4	<b>MASCHERA RESPIRATORIA INTERNA</b> (EN 136 CLASSE 3-RACCORDO FILTRI EN 148)					
5	<b>FILTRO A2B2E2K2P3 PER MASCHERA RESPIRATORIA INTERNA 8EN 148)</b>					
6	<b>SACCA PER MASCHERA E FILTRI</b>					
7	<b>PALETTA CON SCOPINO</b>					
8	<b>SACCHI CM. 35+16 (SOFFIETTO) X 70 H PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN POLIETILENE</b> SPESSORE 12.00 COLORE BIANCO CON "R"NERA SU SFONDO GIALLO					
9	<b>FASCETTE DI CHIUSURA PER SACCHI</b>					
10	<b>FOGLIO ISTRUZIONI</b>					
11	<b>MOD.REGISTRAZIONI INCIDENTE CON FOGLIO DOTAZIONE DEL KIT/CONSUMO MATERIALI</b>					
12	<b>KIT COSTITUITO IN VALIGIA FACILEMTE TRASPORTABILE</b>					
13	<b>GARANZIA</b> 1.Garanzia FULL RISK almeno due anni, si considerano inclusi nella garanzia anche i danni accidentali ed esclusi solo guasti riconducibili a dolo; 2.Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature; 3.Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna; 4.Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.); 5.Si considerano esclusi solo eventuali consumabili monouso; 6.Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; 7. Tempo di risoluzione dei guasti non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata (disponibilità di muletto); 8.Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano. N.B. Indicare la sede operativa; 9.La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo. N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali; 10.Training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto; 11.Eeguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura. 12.Eeguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5); 13.Eeguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura; 14.La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e					

<b>Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti</b>					
---	--	--	--	--	--

Il Legale Rappresentante

.....