

Elementi Tecnici

| LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FABBISOGNO<br>Numero annuo | PREZZO UNITARIO<br>mercato nazionale e<br>comunitario (non<br>del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA<br>DITTA DEVE INDICARE<br>di potere soddisfare il<br>Bisogno Sanitario<br>contrassegnando con<br>SI/NO | CASELLA IN CUI LA<br>DITTA DEVE INDICARE<br>il tipo di documento<br>prodotto, la pagina ed il<br>rigo in cui si evince la<br>specificata tecnica<br>richiesta | Note |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1     | <b>Analizzatore</b> con le seguenti caratteristiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>                   |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | strumento portatile, ricaricabile ed interfacciabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | dotato di batteria al litio e cavo di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | che sia in grado di eseguire i seguenti test di coagulazione su sangue intero (elabora i tempi di coagulazione)                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | <b>a) ACT</b> +Cartuccia utilizzata per monitorare livelli di Eparina moderati e/o elevati durante interventi chirurgici Range di misura : 65 -1005 secondi                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | <b>b) ACT-LR</b> Cartuccia utilizzata per monitorare livelli di Eparina bassi e/o moderati durante interventi chirurgici Range di misura : 67 -400 secondi                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | <b>c) APTT</b> Cartuccia utilizzata per monitorare la terapia Eparinica a livelli terapeutici e come test di screening per le patologie legate alla via intrinseca                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | <b>d) PT</b> Cartuccia utilizzata per monitorare la terapia anticoagulante orale e come test di screening per le patologie legate alla via estrinseca                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |
|       | <b>Corre obbligo precisare</b> che i Dispositivi monouso necessari per l'esecuzione dei Test sopradescritti sono aggiudicati al Lotto n. 331, nella Nuova Gara - Capofila Arnas Civico Di Cristina Benfratelli - per la "Fornitura dispositivi medici per Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica per le AA.SS.OO. del bacino Occidentale" |                            |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |      |

**NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**