

Denominazione Operatore Economico:

- VOCE	DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
	TAVOLO OPERATORIO U.O.S.D. Chirurgia Pediatrica	1				
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME					
	Tavolo operatorio a piani trasferibili destinato all'utilizzo in chirurgia pediatrica, dotato di:					
1	colonna mobile progettata per garantire stabilità anche con carichi ridotti tipici del paziente pediatrico;					
2	movimentazioni con snodi motorizzati, attivabili tramite pulsantiera su colonna e/o telecomando, con possibilità di regolazioni fini e progressive adatte alla gestione di pazienti di piccola taglia;					
3	sistema di azzeramento automatico delle funzioni del tavolo (posizione "zero");					
4	sistema anticollisione tra piano operatorio, colonna e pavimento con segnalazione acustica e/o visiva					
5	caratteristiche costruttive ergonomiche che facilitino la movimentazione, l'usabilità e le operazioni di pulizia e sanificazione;					
6	dimensioni del piano e configurazioni modulari specificamente progettate per l'utilizzo su pazienti pediatrici e neonatali, mantenendo compatibilità con accessori standard.					
7	La ditta aggiudicataria, oltre alla completa fornitura e posa in opera del nuovo tavolo dovrà anche: - effettuare lo smontaggio non conservativo del tavolo operatorio attualmente presente in reparto; - effettuare (se possibile) il ripristino del vano causato dalla disinstallazione della base del tavolo attualmente in dotazione al reparto.					
	La colonna mobile dovrà essere dotata di:					
8	sistemi di aggancio rapido e sicuro dei piani operatori, che garantiscano facilità di inserimento e sicurezza operativa;					
9	movimentazioni preferibilmente indipendenti dal verso di connessione del piano operatorio: - Trendelemburg e anti-Trendelemburg - regolazione dell'altezza, con ampia escursione per consentire l'utilizzo sia in chirurgia pediatrica sia neonatale;					
10	ampia portata di sicurezza, adeguata al supporto del paziente pediatrico e degli accessori chirurgici;					
11	alimentazione a rete e ad accumulatori interni, con caricabatteria integrato;					
12	batterie con ampia autonomia operativa;					
13	allarmi acustici e/o visivi di batteria scarica;					
14	accesso del carrello alla colonna da più angolazioni, per facilitare il posizionamento del piano;					
15	costituito da struttura modulare, al fine di garantire la massima flessibilità e adattabilità alle diverse procedure chirurgiche;					
16	dotato di superfici il più possibile lineari e prive di interstizi per facilitare lavaggio e sanificazione;					
17	dotato di almeno due sezioni articolate motorizzate a-traumatiche;					
18	costituito da sezioni dotate di sistemi di riconoscimento automatico.					
	Il piano operatorio dovrà essere dotato di:					
19	sezioni con sistema di aggancio rapido e sicuro, senza utilizzo di viti o manopole, per ridurre il rischio di errore umano;					
20	barre laterali normalizzate porta accessori su entrambi i lati per tutta la lunghezza utile del piano;					
21	materassini antistatici, latex free, con elevate proprietà antidecubito, specificamente progettati per pazienti pediatrici, completamente rimovibili per sanificazione;					
22	eventuale dotazione di cuscini antidecubito per interventi di lunga durata;					
23	sistemi motorizzati di movimentazione della sezione schiena e della sezione gambe, con regolazioni progressive adatte alla chirurgia pediatrica;					
24	movimentazione elettrica delle sezioni anche sul carrello trasportatore;					
25	sistema anticollisione con il pavimento, che blocchi automaticamente il movimento del piano e generi segnalazione acustica in prossimità di collisioni;					
26	coperture removibili, lavabili e sanificabili, radiotrasparenti, antistatiche, latex free e con proprietà antidecubito.					
27	Il piano operatorio dovrà garantire escursioni motorizzate ampie e controllate per: - inclinazione della sezione schiena, con indicazione del range di gradi disponibili; - inclinazione della sezione gambe, simultanea o indipendente; - traslazione longitudinale del piano.					
28	Le escursioni dovranno essere progettate in modo da consentire posizionamenti chirurgici pediatrici standard, inclusi quelli utilizzati in chirurgia addominale, toracica e urologica pediatrica.					

29	Il piano operatorio dovrà essere dotato di dispositivi che garantiscano la sicurezza del paziente pediatrico durante il posizionamento.					
	ACCESSORI:					
30	N. 1 archetto per anestesia, per sostenere i teli chirurgici, con altezza regolabile					
31	N. 1 supporto per tubi a margherita, per fissaggio del circuito di ventilazione, flessibile, montabile sulla barra laterale					
32	N. 4 morsetti per il montaggio di accessori con asta sulle barre laterali					
33	N. 1 tavolino per strumenti, per appoggiare gli strumenti durante l'intervento chirurgico, altezza regolabile, posizione flessibile del ripiano, dimensioni 260 x 450 mm, montabile sulla barra laterale					
34	N. 1 asta portablebo, con 4 ganci per i contenitori per infusione, regolabili in altezza, montabili sulle barre laterali					
35	N. 1 cinghia per il corpo, con chiusura a velcro, montabile sulle barre laterali					
36	N. 1 poggia braccio, orientabile, ruotabile, regolabile in altezza e lunghezza, montabile sulle barre laterali					
37	N. 1 fissa polso, con cinghia con chiusura in Velcro, montabile sulle barre laterali					
38	N. 2 supporti per gambe pediatrici, per posizionare e sostenere le gambe in posizione litotomica, regolabile, montabile sulle barre laterali					
39	N. 1 poggiatesta a ciambella in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 140 mm					
40	N. 1 poggiatesta a ciambella in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 200 mm					
41	N. 1 poggiatesta a ciambella aperto su un lato in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 140 mm					
42	N. 1 poggiatesta a ciambella aperto su un lato in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 200 mm					
	GARANZIA					
43	Garanzia FULL RISK almeno 24 mesi , inclusi tutti i tipi di danni anche quelli accidentali ed escluso unicamente il dolo. 1 - Inclusione totale di: - manutenzione correttiva - manutenzione preventiva - verifiche di sicurezza - controlli funzionali e di qualità 2 - Inclusione di tutte le parti di ricambio . 3 - Inclusione dei consumabili di manutenzione . 4 - Inclusione di tutte le licenze e chiavi hardware/software . 5 - Tempo massimo di ripristino: 72 ore solari , con fornitura di muletto immediata in caso di guasti superiori alle 24 ore. 6 - Assistenza tecnica con sede operativa in Sicilia . 7- Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo. 8 - Training incluso almeno 3 giorni 9 - Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno). 10 - Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5). 11 - Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno). 12 - Programmazione attività periodiche da condividere con la Stazione Appaltante					
	Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti					

Il Legale Rappresenate
.....