

## Elementi Tecnici

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero/annuo	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifiche tecniche richiesta	Note
1	<b>Fornitura di sorgenti e fantocci per l'esecuzione dei controlli di qualità delle apparecchiature medico-radiologiche</b>					
	• Sorgente sigillata di Cesio-137 con attività dell'ordine di 5mCi., da utilizzare per:	1				
	- controlli di qualità sul calibratore di attività Comecer GA.68;					
	- verifiche sull'infusore PET Bayer SIC: 14575					
	• Sorgente di Ge-68 per controlli giornalieri in PET;	1				
	• Tubi per la misura della sensibilità PET, conformi al protocollo NU 2-2007 - SET da 6 tubi concentrici	1				
	• Fantoccio per la qualità d'immagine PET secondo standard NEMA IEC PET Body	1				
	• Per le apparecchiature SPECT/CT:					
	- fantoccio a 4 quadranti;	1				
	- fantoccio per la verifica dell'uniformità estrinseca;	1				

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.