

Scheda Prodotti

N. 19 Sistema di monitoraggio della Trasmissione Neuromuscolare con modalità manuale ed automatica e monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa privo di accelerometro TOF DA DESTINARE ALL'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione (n. 17) e all'U.O.C. di Terapia intensiva cardiovascolare (n. 2)

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO' EVINCERE LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
1. Il sistema deve rilevare ed elaborare in tempo reale, i picchi di pressione indotti dalla risposta muscolare evocata dagli impulsi elettrici di stimolazione sul nervo ulnare e/o tibiale, impulsi generati da una coppia di elettrodi integrati internamente alla cuffia di compressione a bracciale di tipo NIBP (Non Invasive Blood Pressure).		
2. Il sistema deve essere privo di accelerometri e di collegamenti elettrici esterni con elettrodi cutanei, deve essere compatibile con le varie procedure di posizionamento multiplo e movimentazione del paziente: Supino, Prono, Laterale.		
3. Il Monitoraggio della Trasmissione Neuromuscolare deve essere accessibile sia in modalità manuale che con gestione automatica: TOF(Train Of Four), ST		

(Single Twitch), PTC (Post Tetanic Count) automatico.		
4. Deve essere dotato di modalità operativa automatica servo-guidata che gestisce e imposta automaticamente gli intervalli e il profilo degli impulsi TOF e PTC (Post Tetanic Count) per l'intera durata del monitoraggio dei farmaci miorilassanti e dei loro antagonisti, deve potere registrare Somministrazione dei Boli di farmaci Miorilassanti. Allarme di Avvertimento-Preventivo del D e c a d i m e n t o della Miorisoluzione		
5. Deve inoltre avere la disponibilità della cuffia pluriuso, in misure diverse: small, medium, large.		
6. Consentire sia funzionamento autonomo con alimentazione elettrica da batteria integrata, che da rete elettrica convenzionale.		

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.