

Oggetto: n. 50 ventose ostetriche necessarie per garantire la continuità delle attività cliniche e assistenziali, con particolare riferimento alle procedure di parto operativo, assicurando adeguati livelli di sicurezza e qualità dell'assistenza

Elementi tecnici

Quantità	Caratteristiche tecniche minime		Casella in cui la ditta indica di possedere la caratteristica tecnica richiesta (SI/NO)	EVENTUALI NOTE	Tempi di consegna dalla ricezione dell'ordine	Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV
n. 50 ventose ostetriche	I.	necessarie per garantire la continuità delle attività cliniche e assistenziali, con particolare riferimento alle procedure di parto operativo, assicurando adeguati livelli di sicurezza e qualità dell'assistenza				
	II.	Con Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto, la cui compattezza dia un controllo immediato e completo a chi la usa, non impegnando il resto del personale in sala parto				
	III.	Micro pompa che abbia una valvola di rilascio del vuoto attivabile con un dito e di un accurato indicatore visivo del				

		livello di vuoto raggiunto				
	IV.	indicato per: - posizioni fetali laterali sfavorevoli - presentazioni occipite- posteriore asinclitiche - quando necessitano estrazioni con rotazione del feto				
	V.	Design della coppetta con basso profilo al fine di poter essere correttamente posizionata sul punto di flessione della testa del feto				