



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico

DIRETTORE Prof. G.Pantuso

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA
RESPONSABILE AREA PROVVEDITORATO

DOTT.SSA C.GIANNOBILE

e.p.c. AL DIRETTORE DEL DAI CHIRURGICO F.F.

AL PROF.A. SIMONATO

SI RICHIEDE ACQUISTO URGENTE DI CONNETTORI PER DRENAGGI CHIRURGICI AD USO DEI REPARTI DELLE U.O.E
DEI COMPLESSI OPERATORI FACENTI PARTE DEL DAI CHIRURGICO .

NELLO SPECIFICO SI RICHIEDONO I SEGUENTI CONNETTORI CON RELATIVA MISURA /QUANTITA'/ANNUO :

U.O.C. CHIRURGIA GENERALE A IND. ONCOLOGICO PEZZI DA 4 X 4 mm QUANTITA' 500

U.O.D.S. CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PEZZI 4 X 4 mm QUANTITA' 500

COMPLESSO OPERATORIO AD ALTA TECNOLOGIA PEZZI 4 X 4 mm QUANTITA" 700

PEZZI 7 X 7 mm QUANTITA' 300

COMPLESSO OPERATORIO CHIRURGIA D'URGENZA PEZZI 4 X 4 mm QUANTITA' 250

PEZZI 7 X 7 mm QUANTITA' 250

U.O.C. UROLOGIA PEZZI 4 X 4 mm QUANTITA' 500

PEZZI 7 X 7 mm QUANTITA' 200

U.O.C. CHIRURGIA PLASTICA PEZZI 4 X 4 mm QUANTITA' 250

PEZZI 7 X 7 mm QUANTITA' 100

U.O.C. DI ORTOPEDIA PEZZI 4 X 4 mm QUANTITA' 200

7 X 7 mm QUANTITA' 100

SI ALLEGANO SCHEDE TECNICHE

CORDIALI SALUTI

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
PAOLO GIACCONNE
Indirizzo Oncologico 09.07.0
IL DIRETTORE DELL' U.O.C.

PER AUTORIZZAZIONE

SCHEDA TECNICA

**DISPOSITIVO STERILE CONFEZIONATO IN
CARTA MEDICALE CON PUNTE DISTALI
APERTE BICONICHE DA INSERIRE NEI
TUBI IN NOSTRA DOTAZIONE. MISURA
CM 7X7**

Scheda tecnica

Adattatore sterile con film biaccoppiato, conforme ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 11135 PA/PE di polipropilene, di classe I s marcato CE in conformità alla direttiva 93/42 EEC (CE0068). Deve prevedere l'inserimento biconico del tubo e le aperture laterali devono presentare una forma scanalata per effettuare le connessioni richieste

I residui del presidio medico di epocloridina devono essere conformi alla norma ISO 10993/7