



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

*Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555500 - Fax 091.6555502
Mail: area.provvedorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato@cert..policlinico.it*

VERBALE n. 2

L'anno duemilaventicinque il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11.00 presso i locali dell'U.O.C Provveditorato dell'AOU Policlinico Paolo Giaccone siti in Palermo Via Enrico Toti, 76, ha luogo la seduta relativa all'esame delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice composta da

- Dott.ssa Chiara Giannobile n.q. di Direttore U.O.C. Provveditorato componente
- Dott.ssa Zagra Susanna, collaboratore amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato, n.q. di Rup
- Dott.ssa Marianna Puglisi, collaboratore amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato, n.q. di componente.

Ha provveduto ad esaminare le schede tecniche inviate ne è risultato quanto segue:

- ✓ **Angelo Amodio** non ha presentato schede tecniche pertanto **è escluso**
- ✓ **Carto copy** non ha presentato schede tecniche, ma un link non cliccabile, circostanza non prevista dagli atti di gara, ad ogni modo non è stato possibile visualizzare le schede tecniche lo stesso **è escluso**;
- ✓ **DE.DA** dopo avere visionato la documentazione tecnica prodotta la commissione ha riscontrato che:
 - ✓ Relativamente alle voci 37/38/39/40 lo spessore dei faldoni offerti sé di 1.5 mm a fronte dei 1,8 richiesti pertanto i prodotti sono non conformi;
 - ✓ Alla voce 69 la perforatrice a 4 fori offerta 35 fogli a fronte dei 40 richiesti pertanto lo stesso non è conforme
 - ✓ Alla voce 50 la colla liquida offerta è di 50 ml a fronte dei 60 richiesti il predetto non è conforme;
 - ✓ Alla voce 34 il rotolo da 2500 etichette adesive è stato richiesto un foro da 25 mm ma è stato da 26 pertanto non conforme;

per quanto sopra esposto la ditta **non è conforme**

- ✓ **Dubini** dopo avere visionato la documentazione tecnica prodotta in sede di gara il RUP con nota prot. del 72646 del 09/12/2025 ha richiesto all'operatore economico chiarimenti in merito alle voci del tabulato C:
 - ✓ 33 "Elastici in gomma a fettuccia verde diametro 120 mm kg in confezioni da 1 kg"
 - ✓ 35 "Rotolo da 500 etichette a trasferimento termico 100x100mm mandrino diametro 45mm"
 - ✓ 36 "Rotolo da 2500 etichette adesive mm 55x25 carta termiche bianca foro 25mm"
 - ✓ 69 "Penne vetrografiche 318"



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826
U.O.C. PROVVEDITORATO

*Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555500 - Fax 091.6555502
Mail: area.provvedorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato@cert..policlinico.it*

Con nota prot. N. 72892 del 10/12/2025 la ditta Dubini, ha riscontrato la richiesta e segnatamente:

- ✓ per la voce 33 si fa riferimento alla scheda tecnica presentata in sede di gara denominata "elastici in gomma", e che la stessa vale anche per la voce 34.

Dalla scheda a cui la ditta fa riferimento non si evince che gli elastici offerti siano a fettuccia verde e con diametro di 120 mm, come richiesto per la specifica voce.

- ✓ per la voce 35 era possibile evincere le specifiche dalla scheda tecnica invita in sede di gara denominata "etichette a trasferimento Termico".

Dalla citata scheda non si evidenziano gli elementi richiesti ossia:

- n. etichette di cui è composto il rotolo (richiesto da 500 etichette)
- le misure (richiesta 100x100 mm);
- il diametro (richiesto 45mm)

- ✓ per la voce 36 era possibile evincere le specifiche dalla scheda tecnica invita in sede di gara denominata "etichette adesive termiche".

Dalla citata scheda non si evidenziano gli elementi richiesti ossia:

- n. etichette di cui è composto il rotolo (richiesto da 2500 etichette)
- le misure (richiesta 55x25 mm);
- il diametro (richiesto 25 mm)

- ✓ per la voce 69 sono stati riscontrati gli elementi tecnici richiesti.

Alla luce di quanto sopra la DUBINI S.r.l. risulta **non conforme**.

- **ETT unipersonale è conforme**
- ✓ **La Cartotecnica** dopo avere visionato la documentazione tecnica prodotta in sede di gara il RUP con nota prot. 72628 del 9/12/25 ha richiesto all'operatore economico chiarimenti in merito alle seguenti voci del tabulato C:
- ✓ voce 26. " Cucitrice da tavolo base e corpo in metallo con piedini antigraffio cappuccio in plastica ABS antiurto numero massimo fogli cucibili n. 20 con punti 24/6 e 26/6 e n. 35 con punti 24/8 e 26/8 "TIPO ZENITH 578".
- ✓ voci 39/40/41/42 dove verificare lo spessore dei faldoni, atteso che viene genericamente indicato di "spessore robusto" senza evidenza della misura richiesta pari a 1,8 cm.

Con nota prot. N. 72811 del 10/12/2025 la ditta Cartotecnica, ha riscontrato la richiesta e segnatamente:

- ✓ per quanto concerne la voce 26 le specifiche tecniche potevano essere riscontrate alla pag. 17 delle schede tecniche prodotte in sede di gara.

Dalla citata scheda rinvenuta a pag 17 emerge che trattasi di cucitrice a pinza e non da tavolo come richiesto.



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826
U.O.C. PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555500 - Fax 091.6555502
Mail: area.provvedorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato@cert..policlinico.it

- ✓ per le voci 39/40/41/42 la ditta ha ammesso di avere indicato genericamente “spessore robusto” e produce la scheda tecnica del fornitore ad integrazione.

Il dato richiesto (spessore dei faldoni 1,8 mm) non risulta specificato ne può essere preso in considerazione il documento trasmesso, ex post, in quanto la norma non ammette il soccorso istruttorio relativamente alla documentazione tecnica.

Alla luce di quanto sopra la Cartotecnica sas risulta **non conforme**.


- ✓ **Partner Uno** non ha presentato le schede tecniche di alcuni prodotti pertanto con nota prot. n. 72627 del 09/12/2025, questa UOC ha inviato richiesta di chiarimenti da riscontrare entro il 11/12/2025 alle ore 13:00 chiedendo di indicare dove trovare le schede tecniche relative alle voci 20/35/36/50/61/63/64/92, lo stesso riscontra in data 12/12/2025 con nota prot. 73577 quindi oltre il termine di scadenza affermando che la documentazione richiesta è nelle schede tecniche indicate, non avendo trovato le schede lo stesso è da intendersi **ESCLUSO**.
- ✓ **La Pitagora** dopo avere visionato la documentazione tecnica prodotta in sede di gara risulta:
 - ✓ I faldoni offerti hanno uno spessore di 1,6 a fronte di 1,8 richiesta, pertanto, il prodotto offerto non è conforme
 - ✓ I post-it offerti hanno misure diverse da quelli richiesta pertanto non sono conformi
 - ✓ La foratrice a 4 fori perfora n. 24 fogli a fronte dei 40 richiesti pertanto non è conforme

Alla luce di quanto sopra esposto la Pitagora **non è Conforme**.

La commissione decide di procedere con l'apertura delle offerte economiche in data 23/12/2025 alle ore 9.00 pubblicando sul sito il link per il collegamento in seduta pubblica.

Il presente verbale consta di n. 3 pagine e viene chiuso alle ore 13.03.

Letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

- Dott.ssa Chiara Giannobile 
- Dott.ssa Zagra Susanna 
- Dott.ssa Maria Anna Puglisi 

