



AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -

Te/. 091.6555503 - Fax 091.6555502

e Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it

PEC: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Al Direttore UOC di Neonatologia con Nido e Terapia Intensiva Neonatale
Prof. Mario Giuffrè

Oggetto: indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, per la fornitura di n. 2 (due) postazioni per l'assistenza di neonati/lattanti critici da destinare all'UOC di Neonatologia con Nido e Terapia Intensiva Neonatale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone - richiesta conformità tecnica

Con riferimento alla fornitura delle apparecchiature indicate in epigrafe, si rappresenta che è scaduto il termine per l'indagine di mercato e che hanno risposto n. 4 operatori economici.

Con la presente si chiede di verificare la conformità tecnica dei beni offerti.

Si segnala, infine, che la ZOLL ha evidenziato che *“che l'attuale requisito minimo “6. Monitor integrato ad alta risoluzione con schermo di grandi dimensioni (non inferiore a 15”)” può costituire un elemento restrittivo, limitando la partecipazione ad un solo operatore in possesso di tali caratteristiche dimensionali.”*. Si chiede di verificare la veridicità di quanto asserito dalla ditta, posto che da una prima lettura delle schede, sia la Angiomedica (Drager) che la Ultramed (Löwestein) indicano un ventilatore con display entrambi da 15,6”.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Collaboratore Amministrativo

Dott. Simone Catalano



Il Direttore U.O.C.
Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile