



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555500 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato@cert..policlinico.it

VERBALE n. 2 ESAME OFFERTE ECONOMICHE

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 191 lotti, per la fornitura triennale di materiale specialistico di anestesia e rianimazione, con facoltà di rinnovo per un anno, con il criterio del minor prezzo ex art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, da destinare a varie UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo.

L'anno duemilaventisei, il giorno 24, del mese di Febbraio, alle ore 08:45, presso i locali dell'U.O.C Provveditorato dell'AOU Policlinico Paolo Giaccone, siti in Palermo Via Enrico Toti, 76, ha luogo la seduta relativa all'apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti ed ammessi alla procedura di gara in oggetto.

Il seggio di gara composto da

- Dott.ssa Chiara Giannobile, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, in qualità di RUP;
- Dott. Simone Catalano, collaboratore amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato, n.q. supporto al RUP.
- Dott. Filippo Fazio, collaboratore amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato, n.q. di segretario verbalizzante.

Sono presenti alcune ditte tramite piattaforma digitale GoogleMeet al seguente indirizzo <https://meet.google.com/ewz-nzzz-kks>.

- TE.MA 40
- EUROMEDICAL

Sono, inoltre, presenti presso gli uffici del Provveditorato le ditte Medtronic e Cardinal Health.

Preliminarmente, si evidenzia che a seguito dell'apertura delle buste tecniche, il RUP ha trasmesso, in data 16.10.2025, la documentazione prodotta dalle ditte ai referenti tecnici per esprimere parere di conformità tecnica.

La commissione tecnica ha espresso parere di conformità tecnica in data 18.02.2026.

In ragione del parere tecnico espresso, vengono ammessi alla fase dell'apertura delle buste economiche tutte le ditte, ad eccezione di quelle di seguito indicate per le motivazioni indicate dalla commissione tecnica, ed in particolare:

1. ULTRAMED per il lotto 20 - NON CONFORME IN QUANTO "Non possiede accesso multiplo per esecuzione procedure interventistiche e diagnostiche senza disconnessione";

2. M.G.LORENZATTO per il lotto 31 - NON CONFORME IN QUANTO "processore non compatibile";
3. HMC PREMEDICAL per il lotto 47 - NON CONFORME IN QUANTO "non possiede una compliance ridotta a volume interno > a 8 lt.";
4. ICUMED MEDICAL per il lotto 167 - NON CONFORME IN QUANTO "catetere in poliuretano sprovvisto di valvola distale";
5. HMC PREMEDICAL per il lotto 176 - NON CONFORME IN QUANTO "non compatibile con ossigeno terapia iperbarica";

Si precisa che, l'esclusione della procedura, unitamente ai motivi della stessa, delle ditte sopra elencate e per i lotti specificati, viene comunicata contestualmente tramite portale Net4market, mentre la pubblicazione del provvedimento di esclusione avverrà contestualmente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

Si procede all'ammissione/esclusione tecnica delle ditte dalla piattaforma telematica.

Si procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche, le cui risultanze vengono riportate nel file allegato (All. A), specificando, per ciascun lotto, il prezzo complessivo, nonché la percentuale di ribasso.

Si precisa che non risulta essere presentata offerta economica dalle seguenti ditte, le quali pertanto vengono escluse:

- Disposable Line srl a socio unico per i lotti 14, 19, 27 e 54;
- GET srl per i lotti 92, 102 e 122;
- Unionfarma srl per il lotto 137.

Dalla visione della sezione plico della piattaforma, infatti, gli operatori appena citati si sono abilitati ai relativi lotti, ma presentando solo l'offerta tecnica ed amministrativa.

Si rileva, inoltre, che alcune ditte hanno presentato offerte economiche generate dal sistema abnormemente alte rispetto alla base d'asta. Da una prima verifica, tuttavia, il file excel (modello all. 4 al disciplinare di gare risulta) compilato con offerte economiche a ribasso. In particolare le ditte interessate sono:

- MEDLINE per i lotti 9, 10, 24, 48, 57, 103, 110, 115, 117, 137, 177, 178;
- MASIMO per i lotti 63, 64, 65;
- LAMONEA per i lotti 69, 89, 101, 177;
- FIDIA per il lotto 185;
- BIOPSYBELL per il lotto 185;
- LEPÈ per il lotto 156;
- MDM per il lotto 83;
- ULTRAMED per il lotto 121.

Sotto tale profilo, il seggio di gara procede all'ammissione di tutte le ditte ammesse alla fase economica, ad eccezione degli operatori appena citati e di quelli che non hanno presentato la busta economica.


Con riferimento alle ditte che hanno presentato offerte economiche generate dal sistema abnormemente alte rispetto alla base d'asta, il seggio si riserva circa la loro ammissione al termine di una più approfondita verifica della documentazione presentata da ciascuna ditta interessata.


Il seggio di gara, al fine di accelerare le tempistiche procedurali, determina di procedere con il calcolo dell'anomalia qualora il numero di offerte sia superiore a cinque per i lotti non interessati dalla superiore riserva e per i quali, pertanto, si è cristallizzata l'ammissione dei partecipanti.

Si procederà, infine e per i soli lotti le cui offerte non siano superiori a cinque, a chiedere giustificazioni a corredo dell'offerta economica anche per le offerte con ribassi superiori al 50%.

La seduta si conclude alle ore 12.13.

Del che viene redatto il presente verbale, composto di n. 3 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto.

- Dott.ssa Chiara Giannobile 

- Dott. Simone Catalano 

- Dott. Filippo Fazio 