

Elementi Tecnici

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero annuo	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
	Sistema di drenaggio del Liquor e Diagnosi dell'idrocefalo normoteso per la UOC di Neurochirurgia Caratteristiche tecnico-funzionali minime:					
	Il Sistema deve essere composto da:					
	n. 1 Kit di infusione automatica per la diagnosi di idrocefalo	1				
	n. 1 Test di drenaggio ventricolare per la diagnosi di idrocefalo	1				
1	Il Sistema deve consentire di drenare il liquido cefalorachidiano(LCR) e contemporaneamente misurare la pressione attraverso il lume del catetere appartenente al suo circuito e collegato al macchinario. Tale caratteristica consente al clinico di mantenere a livelli costanti la pressione intracranica e il drenaggio del paziente senza alcun rischio di errore della misurazione					
	deve infondere soluzione salina, nello spazio intratecale, così da permettere di misurare i valori pressori del Liquor cerebrospinali e, in automatico, calcolare il ROF (Resistance of Outflow), determinando così, la compliance del paziente affetto da idrocefalo					
	La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in Uso Gratuito "SERVICE FULL RISK" per tutta la durata contrattuale, il Monitor necessario per il funzionamento ed il relativo Software					

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.